HARTMANN

MediSet® Perfusion

Guide des bonnes pratiques à domicile

Set de pose

Set de branchement

Set de débranchement

Set de rinçage

MediSet® Perfusion

La gamme complète des sets pour la perfusion à domicile

- **Un code couleur** pour simplifier l'identité des sets
- **Des sets stériles** pour : la pose, le branchement, le débranchement et le rinçage
- **Le respect des conditions d'hygiène et d'asepsie**
- **Des composants disposés dans le blister selon l'ordre du soin** pour le respect des protocoles de soins et des recommandations de bonnes pratiques

À chaque étape, son set

Pose / Entretien

Je délivre le set de pose adapté à la voie d'abord

Perfusion sur veines fragiles, voie sous-cutanée ou périphérique

EAN 13 : 3 261 480 001 544

Permet au soignant de :

- Préparer et administrer la perfusion
- Poser le cathéter court sécurisé
- Débrancher et laisser le cathéter court sécurisé en place (bouchon Luer Lock)

EAN 13 : 3 261 480 001 698

OU

Je délivre le set d'entretien adapté au dispositif en place

Entretien sur Picc-Line ou Midline

EAN 13 : 3 261 480 001 667

Permet au soignant de faire l'entretien du Picc-Line ou du Midline 1 fois par semaine soit :

- Changer la valve bidirectionnelle MicroClave® Clear
- Changer le pansement stabilisateur universel Grip-Lok®
- Rincer la voie d'abord

OU

Je délivre le set de pose adapté à la voie d'abord

Perfusion sur voie veineuse centrale

EAN 13 : 3 261 480 001 780

Permet au soignant de :

- Poser ou changer l'aiguille de Huber sécurisée sur la chambre implantable (reste en place 7 jours maximum) pour brancher une perfusion en association avec un set de branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

ou

- Poser l'aiguille de Huber sécurisée sur la chambre implantable afin de réaliser un entretien (rincage) de la chambre implantable (entretien intercure)

+ d'information et notre aide à la décision sur l'application mobile **Quel Set Pour Quelle Perfusion ?**

App Store Google Play

Et toujours disponible, notre conseillère HARTMANN au **03.90.58.58.00**

Branchement

Je délivre un set de branchement avec perfuseur pour **préparer et administrer** une perfusion

Uniquement si le cathéter est déjà en place et que le patient doit être perfusé à nouveau. Si le cathéter n'est pas en place, le set de branchement sera associé au set de pose correspondant.

Permet au soignant de :

- Rinçer le cathéter déjà en place avant la nouvelle perfusion
- Préparer et administrer la nouvelle perfusion

EAN 13 : 3 261 480 001 575

Débranchement

Je délivre un set de débranchement pour débrancher **temporairement** une perfusion sur voie centrale

Permet au soignant de :

- Rinçer la voie centrale une fois la perfusion terminée
- Fermer la voie centrale avec le bouchon Luer Lock dans le cas d'une prescription de perfusion de courte durée

EAN 13 : 3 261 480 001 728

Rinçage

Je délivre un set de rinçage pour retirer **définitivement** l'aiguille de Huber sécurisée

À la fin de la cure

EAN 13 : 3 261 480 001 636

L'essentiel des recommandations

Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés (Mai 2019)

La voie sous-cutanée : quel dispositif pour piquer ?



Pour plus de sécurité et de confort pour le patient, il est préconisé de réaliser la pose d'une perfusion sur voie sous-cutanée à l'aide d'un cathéter court souple sécurisé 22 ou 24 gauges.

Les mandrins obturateur c'est fini !

Pour éviter une manipulation à l'embase du cathéter et permettre la réalisation d'un rinçage pulsé, il est recommandé de ne plus utiliser ce dispositif.

Les valves bidirectionnelles, laquelle choisir ?... TOUTES!

Pas de consensus sur l'efficacité du "flush" (pression exercée par la valve) : tous les types de valves peuvent être utilisés indifféremment.

Volume "flush" positif | Volume "flush" neutre | Volume "flush" négatif

Les Midline, quelles règles d'hygiène appliquer ?



La prise en charge d'un Midline avec prolongateur intégré, s'effectue dans les mêmes conditions qu'un Picc-Line :

- Masque pour le soignant et le patient
- Charlotte pour le soignant
- 2 paires de gants (dont 1 stérile)

Sources : Volume XXVII - N° 2 - Mai 2019 Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés

Quel forfait* pour quelle perfusion par gravité ?

FORFAITS consommables PERFADOM gravité	F17	F18	F19	F20
Codes et tarifs LPPR	1185160 10,80 € TTC	1121326 76,02 € TTC	1143279 143,80 € TTC	1153616 204,24 € TTC
Informations à trouver sur la prescription	De 1 à 6 perfusions par semaine	1 perfusion par jour pendant 7 jours	2 perfusions par jour pendant 7 jours	Plus de 2 perfusions par jour pendant 7 jours
A facturer (facturation à terme échu)	Nombre de perfusions x F17	1 x F18 / semaine	1 x F19 / semaine	1 x F20 / semaine
A savoir	Peut s'ajouter aux forfaits hebdomadaires F18, F19 et F20	Les forfaits hebdomadaires F18, F19 et F20 ne peuvent pas se cumuler entre eux		

Exemples de prescription	Forfaits à facturer à la fin de la cure
Facturation de 3 perfusions/semaine pendant 14 jours	6 x F17
Facturation de 1 perfusion/jour pendant 9 jours	1 x F18 + 2 x F17
Facturation de 9 perfusions pendant 4 jours	1 x F18 + 2 x F17

Si besoin, F6 forfait de livraison consommables et accessoires**
Code et tarif LPPR
1172619
45,79 € TTC
(facturation dès la livraison du matériel au domicile du patient)
Ce forfait n'est facturable que s'il existe un délai minimal de 6 semaines entre le dernier jour de la cure précédente et le 1er jour de la nouvelle cure.
Il est soumis à conditions
(voir détails sur www.hartmann.fr ou ameli.fr)**

Quels forfaits pour quel rinçage sur voie centrale ?

Le choix du forfait prend en compte le dispositif d'accès à la voie d'abord (chambre implantable, cathéter central ou Picc-Line)

	Entretien intercure sur voies centrales		Forfait de consommables et d'accessoires pour le débranchement au domicile du patient d'un diffuseur fourni, rempli et posé dans un établissement de santé
	Forfait d'entretien d'intercure sur une voie centrale	Forfait d'entretien intercure Picc-Line	
FORFAITS consommables PERFADOM entretien/ débranchement	F21	F22	F24
Code et tarif LPPR	1103392 9,16 € TTC	1170419 17,86 € TTC	1157318 13,80 € TTC
A savoir	Forfaits applicables à condition qu'aucune facturation de forfaits consommables et accessoires (y compris PERFADOM gravité) n'ai été effectuée dans les 7 jours précédents		
	F21, F22 et F24 ne sont pas cumulables entre eux et sont remboursés à hauteur de 1x/semaine		

- La récupération du matériel loué ainsi que son nettoyage et sa désinfection (ex : pied à perfusion)
- Un appel téléphonique à l'infirmière du patient
- La récupération des consommables non utilisés et non facturés
- Respect du délai minimal de 6 semaines entre le dernier jour de la cure précédente et le 1er jour de la nouvelle cure
- Livraison des consommables et accessoires conformes à la prescription, au domicile du patient
- Remise du livret de suivi au patient

* Se reporter à www.ameli.fr pour toutes autres informations concernant les forfaits
** Conditions de facturation du forfait F6

MediSet® Perfusion

Sets de pose

P. 10-11

MediSet® Perfusion
Pose sur veines fragiles
ou voie sous-cutanée

P. 12-13

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse
périphérique avec perfuseur
3 voies

P. 14-15

MediSet® Perfusion
Pose sur chambre implantable
ou cathéter central avec aiguille
de Huber sécurisée 20 G

P. 16-17

MediSet® Perfusion
Entretien sur Picc-Line
ou Midline

Conseil de délivrance

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse périphérique "veines fragiles" ou sur voie sous-cutanée avec perfuseur 3 voies

Indications :

- A délivrer tous les jours ou tous les 2 jours si le cathéter reste en place.
- Chaque changement de cathéter court sécurisé 22 G (bleu) nécessite des accessoires spécifiques.

Quels sets peuvent être associés à ce set en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Branchement avec perfuseur 1 voie

- A délivrer lors du changement de perfuseur et/ou lorsque le cathéter court est en place.
- Toute perfusion supplémentaire nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

⚠ Ne pas oublier de délivrer le pied à sérum

Set de pose

MediSet® Perfusion



Pose sur voie veineuse périphérique "veines fragiles" ou sur voie sous-cutanée avec perfuseur 3 voies

Référence	Blister/boîte	EAN
478 922	1	3 261 480 001 544

Cathéter court sécurisé 22 G (bleu)*

Perfuseur avec robinet 3 voies*

Bouchon Luer Lock sans site*

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 2 champs absorbants imperméables
- 5 compresses en nontissé
- **1 cathéter court sécurisé 22 G (bleu)***
- **1 perfuseur avec robinet 3 voies intégré***
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 ½*
- **1 bouchon Luer Lock sans site***
- 1 bandelette adhésive double
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies

Indications :

- À délivrer tous les jours ou tous les 2 jours si le cathéter reste en place.
- Chaque changement de cathéter court sécurisé 20 G (rose) nécessite des accessoires spécifiques.

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Branchement avec perfuseur 1 voie

- À délivrer lors du changement de perfuseur et/ou lorsque le cathéter court est en place.
- Toute perfusion supplémentaire nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

⚠ Ne pas oublier de délivrer le pied à sérum

Set de pose

MediSet® Perfusion

Pose sur voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies

Référence	Blister/boîte	EAN
478 914	1	3 261 480 001 698

Cathéter court sécurisé 20 G (rose)*

Perfuseur avec robinet 3 voies*

Bouchon Luer Lock sans site*

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 2 champs absorbants imperméables
- 5 compresses en nontissé
- **1 cathéter court sécurisé 20 G (rose)***
- **1 perfuseur avec robinet 3 voies intégré***
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 ½*
- **1 bouchon Luer Lock sans site***
- 1 bandelette adhésive double
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G

Indications :

- À délivrer par période de 7 jours.
- L'aiguille de Huber est à changer 1 fois par semaine (ou selon le protocole prescrit).

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Branchement avec perfuseur 1 voie

- À délivrer pour chaque perfusion.
- Toute nouvelle perfusion nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

MediSet® Perfusion
Rinçage sur voie centrale

- À délivrer lors du retrait définitif de l'aiguille de Huber.
- Le retrait de l'aiguille doit être précédé par un rinçage en pression positive.

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

- À délivrer pour chaque fin de perfusion ponctuelle. Chaque perfusion ponctuelle nécessite un rinçage lors de son débranchement.

⚠ **Ne pas oublier de délivrer le pied à sérum**

Set de pose

MediSet® Perfusion



Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G

Référence	Blister/boîte	EAN
478 911	1	3 261 480 001 780

Aiguille de Huber sécurisée*

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 2 masques de soins
- 1 charlotte
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 10 compresses en nontissé
- 1 champ absorbant imperméable troué pré-fendu adhésif
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml LL*
- 2 aiguilles 18 G 1 ½*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge
- **1 aiguille de Huber sécurisée***
- 1 robinet 3 voies*
- 1 bandelette adhésive double
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Entretien sur Picc-Line ou Midline

Indications :

- À délivrer par période ou Midline de 7 jours.
- L'entretien du Picc-Line ou Midline s'effectue tous les 7 jours (ou selon le protocole prescrit) : cela consiste à changer le pansement stabilisateur (Grip-Lok®), la valve bidirectionnelle (MicroCLAVE® Clear) et à rincer la voie d'abord (avec l'ampoule de NaCl).

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Branchement avec perfuseur 1 voie

- À délivrer pour chaque perfusion.
- Toute nouvelle perfusion nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

- À délivrer à la fin de chaque perfusion ponctuelle. Chaque perfusion ponctuelle nécessite un rinçage en pression positive lors de son débranchement.

⚠ Ne pas oublier de délivrer le pied à sérum

Set de pose

MediSet® Perfusion

Entretien sur Picc-Line ou Midline



Référence	Blister/boîte	EAN
478 916	1	3 261 480 001 667

valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear*

pansement stabilisateur Grip-Lok®

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 2 masques de soins
- 1 charlotte
- 1 bandelette adhésive double
- 1 champ absorbant imperméable
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 10 compresses en nontissé (2 tas de 5 pièces)
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 5 compresses en nontissé
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 ½*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge
- **1 valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear***
- **1 pansement stabilisateur Grip-Lok®**
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

P. 20-21

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

P. 22-23

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord

MediSet® Perfusion

Sets de branchement

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion

Branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

Indications :

- À délivrer pour chaque préparation et administration de perfusion.
- Toute nouvelle perfusion nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion

Pose sur voie veineuse périphérique "veines fragiles" ou voie sous-cutanée avec perfuseur 3 voie

ou

Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G

ou

Entretien sur Picc-Line ou Midline

- La voie d'abord du patient déterminera le(s) set(s) nécessaire(s) au bon déroulement du soin.

MediSet® Perfusion

Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

- À délivrer avec chaque set de branchement pour une perfusion ponctuelle sur voie centrale. Une perfusion ponctuelle sur voie centrale nécessite un rinçage en pression positive lors de son débranchement.

⚠ Ne pas oublier de délivrer le pied à sérum

Set de branchement

MediSet® Perfusion



Branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

Référence	Blister/boîte	EAN
478 921	1	3 261 480 001 575

Perfuseur 1 voie*

Ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 %

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 1 masque de soins
- 1 charlotte
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 5 compresses en nontissé
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml LL*
- 2 aiguilles 18 G 1 ½*
- **1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge**
- **1 perfuseur 1 voie***
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord

Indications :

- À délivrer pour chaque préparation et administration de perfusion quand le dispositif demandé n'est pas un perfuseur.
- Toute nouvelle perfusion nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques.

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse périphérique "veines fragiles" ou voie sous-cutanée avec perfuseur 3 voies
ou
Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G
ou
Entretien sur Picc-Line ou Midline

- La voie d'abord du patient déterminera le(s) set(s) de pose nécessaire(s) au bon déroulement du soin.

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

- À délivrer avec chaque set de branchement pour une perfusion ponctuelle sur voie centrale. Une perfusion ponctuelle sur voie centrale nécessite un rinçage en pression positive lors de son débranchement.

Set de branchement

MediSet® Perfusion

Branchement toutes voies d'abord



Référence	Blister/boîte	EAN
478 912	1	3 261 480 001 759

Ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 %

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 1 masque de soins
- 1 charlotte
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 5 compresses en nontissé
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml LL*
- 2 aiguilles 18 G 1 ½*
- **1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge**
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

P. 26-27

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion
toutes voies d'abord

MediSet® Perfusion

Set de débranchement

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

Indications :

- À délivrer à la fin de chaque perfusion ponctuelle sur voie d'abord.
- Chaque débranchement de perfusion nécessite des accessoires spécifiques.

Quels sets associer en fonction du protocole prescrit ?

MediSet® Perfusion
Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G
ou
Entretien sur Picc-Line ou Midline

- La voie d'abord du patient déterminera le(s) set(s) nécessaire(s) au bon déroulement du soin.

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

- Toute nouvelle perfusion nécessite lors de sa préparation des accessoires spécifiques ainsi que le changement du perfuseur.

Set de débranchement

MediSet® Perfusion

Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

Référence	Blister/boîte	EAN
478 913	1	3 261 480 001 728

Ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 %

Bouchon Luer Lock sans site*

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 1 masque de soins
- 1 charlotte
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 5 compresses en nontissé
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 ½*
- **1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge**
- **1 bouchon Luer Lock sans site***
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

P. 30-31

MediSet® Perfusion
Rinçage sur voie centrale

MediSet® Perfusion

Set de rinçage

Conseils de délivrance

MediSet® Perfusion
Rinçage sur voie centrale

Indications :

- À délivrer à la fin de chaque traitement, lors du retrait de l'aiguille de Huber.
- À la fin de chaque traitement, le rinçage en pression positive de la voie centrale est recommandé.

Set de rinçage

MediSet® Perfusion

Rinçage sur voie centrale

Référence	Blister/boîte	EAN
478 917	1	3 261 480 001 636

Ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 %

Pansement Cosmopor® E 5 x 7,2 cm

Blister contenant :

- 1 carré absorbant
- 2 masques de soins
- 1 charlotte
- 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable
- 5 compresses en nontissé
- 1 champ absorbant imperméable troué pré-fendu adhésif
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 ½*
- **1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge**
- **1 pansement Cosmopor® E 5 x 7,2 cm**
- 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister.

Mentions légales

Set de pose

478 922

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse périphérique "veines fragiles" ou sur voie sous-cutanée avec perfuseur 3 voies

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

478 914

MediSet® Perfusion
Pose sur voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

478 911

MediSet® Perfusion
Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

478 916

MediSet® Perfusion
Entretien sur Picc-Line ou Midline

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

Set de branchement

478 921

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

478 912

MediSet® Perfusion
Branchement toutes voies d'abord

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

Set de débranchement

478 913

MediSet® Perfusion
Débranchement de perfusion toutes voies d'abord

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

Set de rinçage

478 917

MediSet® Perfusion
Rinçage sur voie centrale

Assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

Les sets présentés sont remboursés dans le cadre de la nomenclature forfaitaire, se reporter à www.ameli.fr pour toute autre information complémentaire.

MediSet® vous accompagne pour tous les soins infirmiers

MediSet® Perfusion

MediSet® Pansement

MediSet® Sondage

MediSet® La marque préférée des infirmières

9/10

Note moyenne de satisfaction attribuée à la marque MediSet® par les infirmières[1]

98%

Proportion d'infirmières utilisant des sets de soins[1]

92%

Proportion d'infirmières utilisant des sets de soins MediSet®[1]

+ LES POINTS FORTS DE LA GAMME MediSet®

Performance de sets complets pour la prise en charge des soins à domicile
Sécurité du matériel organisé pour respecter les règles d'hygiène et asepsie
Qualité fabriqué en France dans notre usine de Lièpvre, en Alsace

Matériel de qualité

Respect des règles d'hygiène

Gamme remboursée forfait perfadom

+ d'information et notre aide à la décision sur l'application mobile
Quel Set Pour Quelle Perfusion ?

App Store | Google Play

Et toujours disponible, notre conseillère HARTMANN au **09.90.58.58.00**

HARTMANN

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl
9, route de Sélestat 67730 Châtenois
RCS COLMAR 325 158 038

Les produits de la gamme MediSet® Pansement, MediSet® Perfusion et MediSet® Sondage sont des dispositifs médicaux ou des assemblages de dispositifs médicaux. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.

REYMANN

1. Etude MediSet Lift Usage des sets de soin par les IDEL n = 150 IDEL novembre décembre 2019.

07/2022 - 84526/0